

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๖๕๑.๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  
เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ พร้อม Cartridge จำนวน ๗๑ ชิ้น ราคากลางชิ้นละ ๖,๙๘๑.๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ราคาที่สืบจากท้องตลาด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางสาวธนพรพรรณ เจริญศรี	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสุจิตร์ตรา เย็นสรง	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวทิพย์สุนันท์ สุขแจ่ม	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ.....*ธนพร*.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวธนพรพรรณ เจริญศรี)  
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*สุจิ*.....กรรมการ  
(นางสุจิตร์ตรา เย็นสรง)  
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....*ทิพย์สุนันท์ สุขแจ่ม*.....กรรมการ  
(นางสาวทิพย์สุนันท์ สุขแจ่ม)  
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ พร้อม Cartridge

1. ความต้องการ

เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ พร้อม Cartridge จำนวน 71 ชิ้น


2. คุณลักษณะเฉพาะ


- 2.1 เป็นเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (Foldable IOLs) แบบ Single piece foldable lens ทำจากวัสดุ Copolymer ชนิด Hydrophobic Acrylic คุณภาพสูงชนิดมีสารสีเหลือง ซึ่งจะช่วยป้องกันแสงสีฟ้าเข้าสู่ชั้นจอประสาทตา
- 2.2 เลนส์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.0 มิลลิเมตร และมีความยาวรวมเท่ากับ 12.5 มิลลิเมตร
- 2.3 Optic เป็นแบบ Aspheric Balanced Curve Design ผ่านขั้นตอนการขัดผิว Pad polish and Tumble Polish technology
- 2.4 Haptic ทำจาก Sofy Acrylic และส่วนปลายทำจาก Blue PMMA เพื่อให้การ implant มองเห็นได้ง่าย และป้องกันการติดกับตัว Optic
- 2.5 สามารถกรองแสง Ultraviolet (UV Block) จึงสามารถป้องกันอันตรายจากรังสีที่มีต่อจอรับภาพที่อยู่ด้านหลัง
- 2.6 ตัวเลนส์บรรจุอยู่ใน Sterile Disposable Injector (Preloaded system) แบบหมุนพร้อมใช้งานทำให้สะดวก และป้องกันการติดเชื้อ
- 2.7 ขนาด Diopter มีตั้งแต่ + 6.0 ถึง + 30.0 D.
- 2.8 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิต และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย


3. เงื่อนไขเฉพาะ

- 3.1 เมื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะยอมให้แลกเปลี่ยน Power เลนส์ได้ตามสภาพของผู้ป่วยและกรณีทีเลนส์ชำรุดจากการขนส่ง
- 3.2 กรณีมีความจำเป็นในการผ่าตัดเร่งด่วนผู้ขายต้องสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
- 3.3 ผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันส่งมอบ

\*\*\*\*\*

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางสาวธนพรพรรณ เจริญศรี)  
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสุจิตร์ตรา เย็นสงรง)  
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวทิพย์สุคนธ์ สุขแจ่ม)  
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ