

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	ชื่อเวชภัณฑ์ที่มีใบยา	จำนวน	๑	รายการ	
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช					
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					๔๐๗,๑๐๐.๐๐ บาท
๓.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑			
	สายยางสำหรับดูดเสมหะ จำนวน ๑๗๗,๐๐๐ เส้น ราคากลางเส้นละ ๒.๓๐ บาท					
๔.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ใช้ราคาที่เคยจัดซื้อตามสัญญาเลขที่ ๒๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐				
๕.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)					
๕.๑	นางสุกัญญา ชัชวาลย์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ			ประธานกรรมการ	
๕.๒	นางวันเพ็ญ นาคา	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ			กรรมการ	
๕.๓	นางเพ็ญวิมลรัตน์ โคตรชารี	ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน			กรรมการ	

ลงชื่อ.....*สุกัญญา ชัชวาลย์*.....ประธานกรรมการ
(นางสุกัญญา ชัชวาลย์)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*วันเพ็ญ นาคา*.....กรรมการ
(นางวันเพ็ญ นาคา)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*เพ็ญวิมลรัตน์ โคตรชารี*.....กรรมการ
(นางเพ็ญวิมลรัตน์ โคตรชารี)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายยางสำหรับดูดเสมหะ (Suction Tube)

1. ความต้องการ

สายยางสำหรับดูดเสมหะ เบอร์ 6, 8, 10, 12, 14, 16 (Suction Tube) จำนวน 177,000 เส้น

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1 สายยางสำหรับดูดเสมหะ เบอร์ 6, 8, 10, 12, 14, 16 (Suction Tube) ทำจาก PVC ชนิด Medical Grade ความยาวไม่เกินกว่า 51 ซม.
- 2.2 ปลายสายเป็นรูเปิดมนเรียบ ด้านข้างมี 2 รู เยื้องกัน ช่วยลดความเสี่ยงการอุดตัน
- 2.3 ตัวสายมีความหนาพอดี ไม่ทำให้เกิดการหักงอและผิวด้านนอกมีคุณสมบัติที่ทำให้ลื่นไม่ติดเวลาสอดเข้าท่อ Endotracheal Tube
- 2.4 ตัวควบคุมมีสีมาตรฐานซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของ Tube
- 2.5 ผ่านกรรมวิธีทำให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอทิลีนออกไซด์
- 2.6 ภาชนะที่บรรจุเป็นของใสและผลิตภัณฑ์ได้ผ่านขั้นตอนการทำให้เป็นสุญญากาศ

3. เงื่อนไขเฉพาะ

- 3.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันรับมอบของครบ เป็นต้นไป ในระยะเวลาประกัน หากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใดๆ
- 3.2 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
- 3.3 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ประเทศไทย ต้องมีหนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์
- 3.4 ระบุวันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน
- 3.5 ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- 3.6 ผู้ผลิตต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485

ลงชื่อ.....*สมศรี ราช*.....ประธานกรรมการ
(นางสุกัญญา ชัชวาลย์)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*อภิญญา เกตุ*.....กรรมการ
(นางวันเพ็ญ นาคา)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*จตุพร*.....กรรมการ
(นางเพ็ญวิมลรัตน์ โคตรซารี)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน