

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ชื้อน้ำยาสำหรับผ่าตัดตา Sodium Hyaluronate Injection 20 mg. (IAL-F) จำนวน 100 กล่อง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๙ ตุลาคม 2561
ราคาต่อหน่วย
น้ำยาสำหรับผ่าตัดตา Sodium Hyaluronate Injection 20 mg. (IAL-F) ราคากล่องละ
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่เคยจัดซื้อในปีงบประมาณ 2559 ตามสัญญาเลขที่ 347/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นางสาวนพพรพรรณ เจริญศรี	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
5.2 นางสุจิตร์ตรา เย็นสรง	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
5.3 นางสาวอัจฉราพร สิงห์เถื่อน	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ.....*Jan Jhul*.....ประธานกรรมการ

นางสาวนพพรพรรณ เจริญศรี

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*Si E-*.....กรรมการ

นางสุจิตร์ตรา เย็นสรง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....*Orama*.....กรรมการ

นางสาวอัจฉราพร สิงห์เถื่อน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

น้ำยาสำหรับผ่าตัดตา Sodium Hyaluronate Injection 20 mg. (IAL-F)

แบบท้ายประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

1. ความต้องการ

น้ำยาสำหรับผ่าตัดตา Sodium Hyaluronate Injection 20 mg. (IAL-F) จำนวน 100 กล่อง

2. คุณลักษณะทั่วไป

2.1 กระจกฉีดยาพร้อมฉีดยาบรรจุสารละลายชั้นหนืดใส ปราศจากอนุภาคที่มองเห็นด้วยตาเปล่า

2.2 ขนาดบรรจุ 1.1 ML

3. คุณลักษณะเฉพาะ

3.1 การวิเคราะห์ด้านกายภาพและด้านเคมี

- | | | |
|--|---|---|
| 1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง | : | 6.8-7.5 |
| 2. การพิสูจน์เอกลักษณ์ของส่วนประกอบสำคัญ | : | ถูกต้อง |
| 3. ปริมาณเกลือโซเดียมของกรดไฮยาลูโรนิก | : | ที่มีอยู่จริง ($C_{14}H_{20}N NaO_{11}$) n/1.1 มิลลิลิตร ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเมื่อเทียบกับปริมาณที่แจ้งไว้บนฉลาก (%L.A.) มีค่าระหว่าง 90.0 - 110.0% |
| 4. ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ | : | 8.9 - 9.8 มิลลิกรัม/1.1 มิลลิลิตร |
| 5. การพิสูจน์เอกลักษณ์ของฟอสเฟต | : | ถูกต้อง |
| 6. ปริมาตรสกัดได้ | : | 1.10-1.25 มิลลิลิตร |
| 7. ความหนืดพลศาสตร์ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และ D=70 วินาที | : | ≥ 1000 มิลลิปาสคาล.วินาที |
| 8. ออสโมลาริตี | : | 250-350 มิลลิออสโมล/ลิตร |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

นางสาวธนพรพรรณ เจริญศรี

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

นางสุจิตร์ตรา เย็นสง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

นางสาวอรรภาพ สิงห์เถื่อน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ