

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ จัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไฮดรอลิค จำนวน ๑ เตียง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ห้องตรวจพิเศษโรคหัวใจ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

ราคาต่อหน่วย ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๔ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาที่เคยจัดซื้อ

๕ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑ นางรัตนา รัตนอำภา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


๒ นางวันเพ็ญ นาคา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๓ นางชลิตา มาตระกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางรัตนา รัตนอำภา)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางวันเพ็ญ นาคา)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางชลิตา มาตระกุล)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไฮดรอลิค

1. ความต้องการ
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไฮดรอลิค มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. คุณสมบัติทั่วไป
 - 2.1 เป็นเตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปลอดภัย
 - 2.2 ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบไฮดรอลิค
3. คุณสมบัติเฉพาะ
 - 3.1 โครงสร้างของเตียง
 - 3.1.1 โครงสร้างของเตียงทำมาจากโลหะเคลือบด้วยสี
 - 3.1.2 เตียงมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 2000 มม. ความกว้างไม่น้อยกว่า 650 มม.
 - 3.1.3 ราวกันเตียงเป็นแบบคอลัมน์ 5 คอลัมน์ เป็นอลูมิเนียมอันลรอยด์ และสามารถพับขึ้น-ลง ด้านข้างเพื่อประหยัดพื้นที่ด้านข้าง
 - 3.1.4 สามารถรองรับน้ำหนักสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 220 กิโลกรัม
 - 3.1.5 มีที่สำหรับใส่ถังออกซิเจน และเสาน้ำเกลือ
 - 3.2 การปรับท่าต่างๆ ของเตียง
 - 3.2.1 ปรับท่ายกแผ่นหลังได้ตั้งแต่ 0 ถึง 80 องศา (Back raise)
 - 3.2.2 ปรับท่ายกเข่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 30 องศา (Knee-raise) ด้วยมือหมุน
 - 3.2.3 ปรับท่าศีรษะสูงและปลายเท้าสูง (Reverse Trendelenburg/ Trendelenburg Position) ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 16 องศาควบคุมจากแป้นเหยียบ ติดตั้งบริเวณด้านข้างของเตียง
 - 3.2.4 ปรับระดับความต่ำสุดของเตียงได้ไม่น้อยกว่า 500 มม. และปรับระดับความสูงสุดของเตียงได้ไม่น้อยกว่า 800 มม. ด้วยระบบไฮดรอลิค ควบคุมจากแป้นเหยียบทั้งสองข้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางรัตนา รัตนอำภา)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางวันเพ็ญ นาคา)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางชลิตา มาตระกุล)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/3.3 การ...

3.3 การเคลื่อนย้ายเตียง

3.3.1 ล้อเดี่ยว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ทั้ง 4 ของเตียง โดยแบนเหยียบ ควบคุมได้ 2 แบบ ล็อค ล็อคร่วมกันทั้ง 4 ล้อ (Central Lock) และปลดล็อค (Free)

3.3.2 มีล้อที่ 5 ที่กลางเตียง เพื่อใช้ในการบังคับทิศทาง สะดวกในการเคลื่อนย้าย โดยมีแป้นบังคับอยู่ ด้านข้าง

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

4.1 ช่องสำหรับวางถังออกซิเจน 1 ถัง


4.2 เสาน้ำเกลือ 1 ต้น


4.3 ที่นอน 1 ผืน

5. เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันรับมอบของครบ เป็นต้นไป ในระยะประกันหากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหากมีการแก้ไข 2 ครั้ง ยังใช้การไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใด ๆ

5.2 บริษัทผู้จำหน่ายมีผู้ชำนาญที่ได้รับการอบรมโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตและมีใบรับรองผ่านการอบรม เพื่อให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาหลังการขาย

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางรัตนา รัตนอำภา)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางวันเพ็ญ นาคา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางชลิตา มาตระกูล)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

