

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ตั้งแผนการเงินการคลัง เครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำหรับจัดซื้อเลื่อยตัดกระดูกหน้าอก ด้วยพลังงาน แบตเตอรี่ (Sternum saw) จำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๑.๓ วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการเลื่อยตัดกระดูกหน้าอก

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งานงานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหาสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอำนวยการ พล กฤษดาณูชลี)

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธนพรพรรณ เจริญศรี)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมา ภาบุตร)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เลื่อยตัดกระดูกหน้าอก ด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ (Sternum saw)
แบบท้ายประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่


1. **ความต้องการ**
เลื่อยตัดกระดูกหน้าอก แบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
 2. **วัตถุประสงค์**
เพื่อใช้ในการเลื่อยตัดกระดูกหน้าอก
 3. **คุณลักษณะทั่วไป**
 - 3.1. ใช้แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้
 - 3.2. เครื่องมีขนาดกะทัดรัดน้ำหนักพอเหมาะสะดวกในการถือใช้งานหรือเคลื่อนย้าย
 - 3.3. มีมาตรฐานความปลอดภัยสากล
 4. **คุณลักษณะเฉพาะ**
 - 4.1. เลื่อยตัดกระดูกหน้าอก
 - 4.1.1. ตัวเลื่อยผลิตด้วยโลหะอลูมิเนียม ขึ้นรูปขึ้นเดียวแบบไร้รอยเชื่อมต่อ (Unibody) และมีฝาปิดที่ด้านท้ายหลังจากใส่แบตเตอรี่
 - 4.1.2. ด้านท้ายฝาปิดมีช่องกระจกใส สำหรับมองเห็นและสามารถตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ได้
 - 4.1.3. ตัวเครื่องสามารถล้างทำความสะอาดได้ทั้งภายนอกและภายในเครื่อง
 - 4.1.4. เลื่อยตัดกระดูก บังคับการทำงาน 1 โถง
 - 4.1.5. มีปุ่มควบคุมการทำงานแบบ High, Low, Safe mode
 - 4.1.6. สามารถทำความเร็วรอบในการตัดกระดูก (SAW) สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที
 - 4.1.7. สามารถปรับความเร็วรอบในการตัดกระดูกได้อย่างน้อย 2 ระดับ ดังนี้
 - 4.1.7.1. แบบ High-Speed สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที
 - 4.1.7.2. แบบ Low-Speed สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 11,000 รอบต่อนาที
 - 4.1.8. สามารถเปลี่ยนหัวตัดกระดูกหน้าอกได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
 - 4.1.9. ส่วนไม่รวมแบตเตอรี่ มีน้ำหนักไม่เกิน 1,040 กรัม
 - 4.2. เลื่อยตัดกระดูกสำหรับการผ่าตัดซ้ำ (Re-Operation)
 - 4.2.1. ตัวเลื่อยผลิตด้วยโลหะอลูมิเนียม ขึ้นรูปขึ้นเดียวแบบไร้รอยเชื่อมต่อ (Unibody) และมีฝาปิดที่ด้านท้ายหลังจากใส่แบตเตอรี่
- ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอำนวยการพล กฤษดาญชลี)
ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวธนพรพรรณ เจริญศรี)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปัทมา ภาบุตร)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ / 4.2.2 ตัวเครื่อง...

- 4.2.2. ตัวเครื่องสามารถล้างทำความสะอาดได้ทั้งภายนอกและภายในเครื่อง
- 4.2.3. เลื่อยตัดกระดูก บังคับการทำงาน 1 ไก
- 4.2.4. สามารถปรับความเร็วรอบในการตัดกระดูก (SAW) สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที
- 4.2.5. สามารถปรับความเร็วรอบในการตัดกระดูกได้อย่างน้อย 2 ระดับ ดังนี้
 - 4.2.5.1. แบบ High-Speed สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที
 - 4.2.5.2. แบบ Low-Speed สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 11,000 รอบต่อนาที
- 4.2.6. สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในระหว่างการผ่าตัดได้ ด้วยอุปกรณ์ที่ปลอดภัย
- 4.2.7. สว่านมีน้ำหนักไม่เกิน 1,000 กรัม
- 4.3. แท่นชาร์จแบตเตอรี่ (Charger) แบบชาร์จคู่ กระแสไฟ 2 A กำลังไฟการชาร์จ 16.8 V
- 4.4. แบตเตอรี่แบบมีมอเตอร์ในตัวชนิดลิเทียมไอออน ที่ท้ายก้อนแบตเตอรี่มีจอ OLED Screen บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แบบตัวเลขและมีเสียงดัง เตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด ให้กำลังไฟฟ้า 14.8 V ให้กระแสไฟ 2.5Ah 37Wh น้ำหนักไม่เกิน 540 กรัม
- 4.5. แผ่นพลาสติกป้องกันการติดเชื้อขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่ในระหว่างการผ่าตัด สามารถนึ่งอบไอน้ำได้
- 4.6. กล่องสำหรับใส่สว่านและอุปกรณ์ ทำจากโลหะปลอดสนิม สามารถนึ่งอบไอน้ำได้
5. อุปกรณ์ ประกอบด้วย
 - 5.1. เลื่อยตัดกระดูกหน้าอก (Sternum Saw) จำนวน 1 ชิ้น
 - 5.2. Adult saw guide จำนวน 1 ชิ้น
 - 5.3. ใบเลื่อย Adult saw blade จำนวน 5 ชิ้น
 - 5.4. เลื่อยตัดกระดูก (Re-Operation Saw) จำนวน 1 ชิ้น
 - 5.5. ใบเลื่อย Re-Operation saw blade จำนวน 3 ชิ้น
 - 5.6. ชุดมอเตอร์และแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน จำนวน 1 ก้อน
 - 5.7. แผ่นพลาสติก ป้องกันการปนเปื้อน จำนวน 2 ชิ้น
 - 5.8. ชุดแท่นชาร์จแบตเตอรี่ แบบชาร์จเดี่ยว จำนวน 1 ชิ้น
 - 5.9. สเปรย์ออยล์หล่อลื่น จำนวน 1 กระป๋อง
 - 5.10. กล่องสำหรับใส่อุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
 - 5.11. แผ่น Filter สำหรับ autoclave จำนวน 50 แผ่น
 - 5.12. คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย หรือ อังกฤษ พร้อมคู่มือการใช้งานฉบับย่ออย่างน้อย 1 ชุด


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอำนาจพล กฤษดาญชลี)
ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวธนพรพรรณ เจริญศรี)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวปัทมา ถาบุตร)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ /6. เจื่อนไข...

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเครื่องเป็นเวลา 2 ปี (ข้อผิดพลาดอันเนื่องจากการผลิต) ในส่วนของแบตเตอรี่เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ข้อผิดพลาดจากการใช้งานปกติ) นับแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป ในระยะประกันหากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดียิ่งภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหากมีการแก้ไข 2 ครั้ง ยังใช้การไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใด ๆ
- 6.2. การบริการหลังการขาย เมื่อได้รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือ ผู้ขายจะส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบเช็คภายใน 48 ชั่วโมง นับจากการได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาล และถ้าเห็นว่าเครื่องสินค้าดังกล่าวต้องส่งกลับไปซ่อมยังโรงงานที่ต่างประเทศ และอยู่ในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายจะจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณสมบัติเท่ากับเครื่องเดิมหรือดีกว่ามาทดแทนให้ผู้ซื้อภายใน 7 วัน
- 6.3. ผู้ขายจัดหาส่งช่างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเครื่องมือทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลาดำเนินการในระยะเวลาประกันนับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- 6.4. ผู้ขายต้องรับรองอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี
- 6.5. ผู้ขายเข้าทำการสาธิตการใช้งาน การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่กลุ่มผู้ใช้งาน และผู้ประเมินการซ่อมบำรุง
- 6.6. ผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อรุ่น ยี่ห้อ และผลิตภัณฑ์ประเทศที่เสนอและทำเครื่องหมายในแคตตาล็อกหรือหลักฐานที่นำเสนอที่เชื่อถือได้จากบริษัทผู้ผลิต ตามหัวข้อคุณลักษณะเฉพาะที่ทางราชการกำหนดหากผู้เสนอราคายกเว้นไม่ทำเครื่องหมายตามที่ทางราชการกำหนด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณา
- 6.7. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ประเทศไทยต้องมีหนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์
- 6.8. การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอานวยพล กฤษดาญชลี)
ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวธนพรพรรณ เจริญศรี)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวปัทมา ถาบุตร)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ชื่อเครื่องตัดกระดูกหน้าอก ด้วยพลังงานแบดเตอร์ (Sternum saw) จำนวน ๑ ชุด
วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘
ราคากลางชุดละ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โดยใช้ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ดังนี้
 - ๕.๑ บริษัท โสฬส จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท ภาย เทรดดิ้ง จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท แอมเฟล อินโนเวชั่น จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายอำนวยการ กฤษดาญชลี	ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวธนพรพรรณ เจริญศรี	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวปัทมา ภาบุตร	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอำนวยการ กฤษดาญชลี)
ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวธนพรพรรณ เจริญศรี)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปัทมา ภาบุตร)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช