

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ถนนพหลโยธิน ตำบล/แขวง เขาสามยอต อำเภอ/เขต เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่างโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โดยนางนุชรินทร์ อักษรดี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๔๓๒ ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยนายปรีชา นันทน์ถนิมิต ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓ ๑๐๐๑ ๐๑๑๕๒ ๖๑ ๖ และนายจักรกริสัน โลหะเจริญทรัพย์ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓ ๑๐๑๔ ๐๑๘๙๗ ๕๗ ๐ กรรมการผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้นายศุภชัย พงษ์เมธากุล ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓ ๙๐๑๑ ๐๐๒๘๔ ๒๒ ๙ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ และมอบอำนาจช่วงให้นางสาวสุธิดา โพธิ์เศรษฐ์ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๑ ๑๐๐๒ ๐๐๓๔๑ ๘๘ ๗ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๐๒๕๑๖ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ ตามหนังสือมอบอำนาจช่วง เลขที่ MB-UPC NA๖๘/๐๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้ "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายเครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน ยี่ห้อ GE Healthcare รุ่น Carestation 750 ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ด้วยเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์ (ตามเอกสารที่แนบท้าย) เป็นเงิน ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และสมทบด้วยเงินบริจาคที่ไม่มีวัตถุประสงค์ ๑,๒๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๑๑,๐๘๔.๑๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑.

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย



(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวสุธิดา โพธิ์เศรษฐ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปาริชาติ ตีระวัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธวัช ตีระวัฒน์)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๓.๑ ผนวก ๑ สำเนาเอกสารการเสนอราคา จำนวน ๑ เล่ม จำนวน ๓๓ หน้า
- ๓.๑.๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ หน้า
- ๓.๑.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๕ หน้า
- ๓.๑.๓ แคตตาล็อกและหนังสือรับรองฯ จำนวน ๒๗ หน้า
- ๓.๒ ผนวก ๒ สำเนาเอกสารการจดทะเบียน จำนวน ๑ เล่ม จำนวน ๑๗ หน้า
- ของบริษัทฯ
- ๓.๒.๑ หนังสือรับรองบริษัท จำนวน ๘ หน้า
- ๓.๒.๒ หนังสือมอบอำนาจและมอบอำนาจช่วง จำนวน ๗ หน้า
- ๓.๒.๓ สำเนาหนังสือคำประกันธนาคาร จำนวน ๑ หน้า
- ๓.๒.๔ สำเนาบัญชีธนาคาร จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เลขที่ ๒๖๐ ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เลขที่ ๒๖๐ ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา หรือลดค่าปรับไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวสุธิดา โพธิ์เศรษฐ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปาริชาติ ดิระวัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธภัทร ดิระวัฒน์)



ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชื่อบัญชีบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๗ ๐ ๒๔๕๘๔ ๕ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี โดยการรับประกันเฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงอุปกรณ์ ที่ใช้แล้วเสื่อมสภาพ นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาโดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ หากดำเนินการแก้ไข ๒ ครั้ง ยังใช้การได้ไม่ดี ตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยจะต้องมีอะไหล่พร้อมบริการไม่น้อยกว่า ๕ ปี และหากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขายโดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ในระหว่างระยะเวลาประกันผู้ขายจะต้องทำการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวสุธิดา โพธิ์เศรษฐ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปาริชาติ ดิระวัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธภัทร ดิระวัฒน์)

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๑๑๖๒๕๑๐๐๐๐๐๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๘๔,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย



(ลงชื่อ).....⁴⁰.....ผู้ซื้อ
(นางนุชรินทร์ อักษรดี)

(ลงชื่อ).....⁵.....ผู้ขาย
(นางสาวสุธิดา โพธิ์เศรษฐ์)

(ลงชื่อ).....[✓].....พยาน
(นางสาวปาริชาติ ดิระวัฒน์)

(ลงชื่อ).....⁵.....พยาน
(นายธภัทร ดิระวัฒน์)

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังมิได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าส่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าส่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าส่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว



(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวสุธิดา โพธิ์เศรษฐ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปาริชาติ ตีระวัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธภัทร ตีระวัฒน์)



ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้รับบรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




(ลงชื่อ).....³⁵.....ผู้ซื้อ
(นางนุชรินทร์ อักษรดี)

(ลงชื่อ).....^S.....ผู้ขาย
(นางสาวสุธิดา โพธิเศรษฐ)

(ลงชื่อ).....[✓].....พยาน
(นางสาวปาริชาติ ตีระวัฒน์)

(ลงชื่อ).....⁵.....พยาน
(นายธภัทร ตีระวัฒน์)





E for L Aim Public Company Limited

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)



แผนกขายเครื่องมือแพทย์

โทร.02-8830871-9 ต่อ 542,543 และ 544

แฟกซ์.02-8830871-9 ต่อ 148

e-mail : salesmedupc@eforl.co.th

ใบเสนอราคา



หน้า 1 / 1

เลขที่	MQU671220-001
วันที่	27/12/2567

เรียน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดส่งของภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับใบสั่งซื้อจากท่าน
สถานที่ โรงพยาบาล พระนารายณ์มหาราช	ยื่นราคาภายใน 90 วัน Expire Date 27/03/2568
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000	พนักงานขาย : นางสาวสุธิดา โพธิ์เศรษฐ โทร.084-9044939

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
M-GE-ANS-Q-101297	เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน รุ่น Carestation750 ผลิตภัณฑ์ GE Healthcare ประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 2 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง)	1.00	เครื่อง	1,698,000.00		1,698,000.00

รูปภาพตัวอย่าง	รวมเงิน	1,698,000.00
	ส่วนลดการค้า	
	ราคาสินค้าไม่รวมภาษี	1,586,915.89
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	111,084.11
(หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	จำนวนเงินทั้งสิ้น	1,698,000.00

โปรดลงนามพร้อมประทับตราของ	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
_____ ผู้อนุมัติซื้อ	ลงชื่อ.....	กรรมการ
() ตัวบรรจง	ลงชื่อ.....	กรรมการ
ตำแหน่ง/แผนก _____		
วันที่ ____ / ____ / ____	จัดพิมพ์โดย PN-CK	นางสาวสุธิดา โพธิ์เศรษฐ
	"Excellence for Life"	ผู้รับมอบอำนาจ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107551000142 สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ : 432 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2883-0871-9, 0-2435-1331-2 โทรสาร 0-2433-8695

Head office : 432 Rajhaviti Rd., Bangyeekhan, Bangplad, Bangkok 10700, Thailand. http://www.eforl-aim.com E-mail : info@eforl-aim.com

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน

1. ความต้องการ

เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและส่วนวัดค่าก๊าซขณะดมยาสลบ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ให้ยาสลบและช่วยหายใจขณะทำการผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยทั่วไปตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่


3. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1 เป็นเครื่องดมยาสลบแบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด คือ ก๊าซออกซิเจน (O_2), ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N_2O) และก๊าซอากาศ (Air) สามารถใช้ร่วมกับระบบจ่ายก๊าซของโรงพยาบาลได้
- 2.2 เครื่องช่วยหายใจเป็นชนิดที่ประกอบอยู่ในเครื่องดมยาสลบ
- 2.3 เครื่องปรับอัตราการไหลของก๊าซเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mixer)
- 2.4 สามารถวัดปริมาณของก๊าซชนิดต่าง ๆ ในลมหายใจและก๊าซยาดมสลบแบบอัตโนมัติ
- 2.5 ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ พร้อมก้ามเบตเตอร์สำรองในตัวเครื่องดมยาสลบ

4. คุณลักษณะเฉพาะ

4.1 เครื่องดมยาสลบ

- 4.1.1 เครื่องดมยาสลบ มีล้อ 4 ล้อ พร้อมก้านกันสายไฟ (Caster guard) มีที่ล็อคล้อเป็นแบบ Central brake และมีฝาปิดด้านหลังเครื่อง (Back cover)
- 4.1.2 มีลิ้นชักสำหรับเก็บอุปกรณ์อย่างน้อย 3 ลิ้นชัก
- 4.1.3 มีสวิทช์เปิด-ปิด การทำงานของเครื่องดมยาสลบอยู่ด้านหน้า
- 4.1.4 แนวตั้งตรงด้านข้างเครื่องดมยาสลบมีรางสำหรับยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ และด้านหลังเครื่องมีช่อง Electrical outlet เพื่อสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์อื่น ๆ ได้
- 4.1.5 มีที่สำหรับแขวนเครื่องทำน้ำยาสลบเหลวให้กลายเป็นไอ (Vaporizer) ได้ 2 ตัว ในแนวเดียวกัน
- 4.1.6 ที่จ่อควบคุมสามารถบอกแรงดันของก๊าซซึ่งอ่านได้สะดวก โดยแยกก๊าซแต่ละชนิดจากระบบจ่ายก๊าซกลาง (Pipeline) หรือจากถังสำรอง (Tank)



ลงชื่อ.....ผู้ว่า
ลงชื่อ.....ผู้ขาย
ลงชื่อ.....ประธาน
ลงชื่อ.....

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

"Excellence for Life"

- 4.1.7 มีที่แขวนถังก๊าซสำรองสำหรับก๊าซออกซิเจน และไนตรัสออกไซด์ติดอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องดมยาสลบ
- 4.1.8 มีปุ่มสำหรับกดให้ออกซิเจนถูกเงิน (O₂ Flush Valve) อยู่ด้านหน้าของตัวเครื่อง
- 4.1.9 มีจุดต่อสำหรับใช้ชุดดมยาชนิดอื่น (Auxiliary Common Gas Outlet) เช่น Jackson Ree, Bain Circuit อยู่ด้านหน้าของเครื่องพร้อมมีฝาปิดและสวิตช์ปรับเพื่อเลือกใช้งาน และสามารถแสดงค่าความดัน (P-ACGO) ขณะใช้งานได้
- 4.1.10 มีชุดให้ก๊าซออกซิเจน (Auxiliary O₂ flowmeter) สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซได้ติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องดมยาสลบจากโรงงานผู้ผลิต
- 4.1.11 มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อตัดการไหลของก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N₂O shut off) เมื่อแรงดันก๊าซออกซิเจนต่ำกว่ากำหนดพร้อมกับมีสัญญาณเตือน
- 4.2 เครื่องปรับอัตราการไหลของก๊าซ
- 4.2.1 สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซได้ที่หน้าจอบูควบคุม
- 4.2.2 ที่หน้าจอบูมีตัวเลขแสดงอัตราการไหลของก๊าซแต่ละชนิดที่เปิดใช้งาน แสดงให้เห็นโดยแยกสัญลักษณ์สีของก๊าซแต่ละชนิด
- 4.2.3 สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซ (Flow) ได้ตั้งแต่ 150 มิลลิลิตรต่อนาทีถึง 15 ลิตรต่อนาที
- 4.2.4 สามารถปรับอัตราส่วนผสมของก๊าซออกซิเจน (O₂ Concentration) ได้ตั้งแต่ 21% - 100%
- 4.2.5 มีระบบรักษาความปลอดภัย (Hypoxic Guard) เป็นแบบ Electric mixer โดยให้ก๊าซออกซิเจนมีความเข้มข้นอย่างน้อย 25% ในก๊าซที่ผสมกันระหว่างก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนตรัสออกไซด์
- 4.2.6 มีระบบ ecoFLOW ที่แสดงอัตราการไหลรวมของก๊าซ (Total Flow), อัตราการไหลรวมของออกซิเจน (O₂ total), FiO₂ flow marker, อัตราการไหลและราคาของน้ำยาดมสลบ
- 4.2.7 มีระบบความปลอดภัยสำหรับให้ก๊าซออกซิเจนสำรอง (Alternate O₂) ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 10 ลิตรต่อนาทีกรณีที่เครื่องปรับอัตราการไหลของก๊าซหลักไม่สามารถใช้งานได้
- 4.3 ชุดระบบการหายใจ (Compact Breathing System)
- 4.3.1 มีสวิตช์สำหรับปรับไปใช้กับเครื่องช่วยหายใจ (Bag to Ventilator Switch)
- 4.3.2 มีวาล์วสำหรับปรับแรงดันในวงจรดมยา (APL Valve)
- 4.3.3 ที่บรรจุสารดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Absorbent Canister) ความจุไม่น้อยกว่า 1370 มิลลิลิตรหรือบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 1150 กรัม

ลงชื่อ.....ผู้ช่วย
 ลงชื่อ.....ผู้ช่วย
 ลงชื่อ.....ประธาน
 ลงชื่อ.....กรรมการจัดการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

"Excellence for Life"

- 3 -

- 4.3.4 อุปกรณ์ที่สัมผัสกับลมหายใจออกของผู้ป่วยสามารถนิ่งฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิถึง 134°C
- 4.3.5 มีระบบ CO₂ Bypass ทำให้สามารถเปลี่ยน Sodaslime ในระหว่างใช้งานได้โดยไม่มีการรบกวนของก๊าซดมยา
- 4.3.6 มีระบบกำจัดก๊าซเสีย (Scavenging System) จากเครื่องดมยาสลบ ที่สามารถต่อใช้งานร่วมกับระบบ Pipeline ของทางโรงพยาบาลได้
- 4.4 เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)
- 4.4.1 เป็นเครื่องช่วยหายใจที่ประกอบเสร็จมาพร้อมกับเครื่องดมยาสลบ มีจอแสดงผลการหายใจ และวัดปริมาณก๊าซต่างๆ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- 4.4.2 เป็นเครื่องช่วยหายใจที่ใช้สำหรับช่วยหายใจขณะดมยาสลบ ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่
- 4.4.3 จอควบคุมและแสดงผลสามารถปรับขึ้นลง ปรับหมุน และปรับเอียงได้ (Premium display arm) เป็นชนิดจอสีแบบ touch screen มีขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว มีความละเอียด 1024 x 768 พิกเซล
- 4.4.4 มีชุดกระเปาะลูกยางบีบ (Bellow) เป็นชนิดแนวตั้ง และสามารถนิ่งฆ่าเชื้อโรคได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 134 °C
- 4.4.5 สามารถตั้งและควบคุมระบบการหายใจเป็นแบบควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Control), ควบคุมด้วยความดัน (Pressure Control), SIMV (Volume and Pressure), PSVPro (Pressure Support with Apnea Backup), PCV-VG (Pressure Control Ventilation-Volume Guaranteed), SIMV PCV-VG และ CPAP+PSV (Pressure support mode)
- 4.4.6 มีฟังก์ชัน Cardiac Bypass และ VCV Cardiac Bypass เพื่อใช้กับผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจที่ต้องใช้เครื่องปอด-หัวใจเทียม (Heart-Lung machine) ได้
- 4.4.7 มีฟังก์ชัน Pause Gas เมื่อต้องการหยุดจ่ายก๊าซระหว่างใช้งาน
- 4.4.8 มีฟังก์ชัน Recruitment maneuver แบบ Single-step และ Multi-step เพื่อขยายปอดขณะดมยาสลบได้
- 4.4.9 สามารถแสดง Spirometry loop ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ Pressure-volume loop, Flow-volume loop และ Pressure-flow loop และสามารถเก็บบันทึก (Save loop) ได้ไม่น้อยกว่า 6 loop
- 4.4.10 สามารถตั้งปริมาตรการหายใจในแต่ละครั้ง (Tidal Volume) ได้ตั้งแต่ 20 - 1500 มิลลิลิตร
- 4.4.11 สามารถตั้งระดับความดันการหายใจ (Pressure Inspired) ในระบบควบคุมด้วยความดัน (Pressure Control) ได้ตั้งแต่ 5 - 60 เซนติเมตรน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
ลงชื่อ.....ผู้ขาย
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

"Excellence for Life"

- 4.4.12 สามารถตั้งอัตราการหายใจ (Rate) ได้ตั้งแต่ 4 - 100 ครั้งต่อนาที
- 4.4.13 สามารถตั้งอัตราส่วนการหายใจเข้าและออกได้ระหว่าง 2:1 ถึง 1:8
- 4.4.14 สามารถควบคุมความดันบวกในวงจรการหายใจ (PEEP) แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ระหว่าง 4 ถึง 30 เซนติเมตรน้ำ
- 4.4.15 มีแบตเตอรี่สำรองที่สามารถใช้งานได้อย่างน้อย 60 นาที
- 4.5 ภาควัดปริมาณก๊าซต่างๆ ขณะดมยาสลบ
- 4.5.1 สามารถวัดปริมาณของก๊าซชนิดต่างๆ ในลมหายใจและก๊าซยาผสมแบบอัตโนมัติเป็นชนิดโมดูลเสียบที่ด้านข้างของตัวเครื่องดมยาสลบ
- 4.5.2 ใช้เทคนิคต่างๆ ในการตรวจวัดปริมาณก๊าซต่างๆ ดังนี้
- 4.5.2.1 ก๊าซออกซิเจน ใช้ระบบ Paramagnetic
- 4.5.2.2 ก๊าซไนตรัสออกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, สารผสมสลบใช้ Infrared Technology
- 4.5.2.3 มีระบบการบ่งชี้สารผสมสลบที่ใช้โดยอัตโนมัติ (Automatic Identification)
- 4.5.3 มีอัตราการสูดตัวอย่าง เพื่อดูก๊าซเข้าปอด 120 มิลลิลิตรต่อนาที
- 4.5.4 สามารถวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนได้ ทั้ง FiO_2 และ EtO_2
- 4.5.5 สามารถวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ทั้ง FiCO_2 และ EtCO_2 และสามารถแสดงรูปกราฟได้
- 4.5.6 สามารถวัดปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ได้ทั้ง FiN_2O และ EtN_2O
- 4.5.7 สามารถตรวจวัดปริมาณของน้ำยาไอโซฟลูเรน (Isoflurane), ซีโวฟลูเรน (Sevoflurane) และเดสฟลูเรน (Desflurane) เป็นเปอร์เซ็นต์ได้
- 4.5.8 สามารถแสดงค่า Minimum Alveolar Concentration (MAC)

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|--|--------------|
| 5.1 Corrugated tube | จำนวน 3 เส้น |
| 5.2 Y-Piece | จำนวน 1 อัน |
| 5.3 Elbow | จำนวน 1 อัน |
| 5.4 ถุงลม 2 ลิตร | จำนวน 1 ใบ |
| 5.5 หน้ากากดมยาสลบ ขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ่ ขนาดละ | 1 อัน |
| 5.6 สายรัดหน้ากาก | จำนวน 1 ชุด |

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

"Excellence for Life"

- | | |
|--|--------------|
| 5.7 สายนำก๊าซออกซิเจนพร้อมหัวต่อ pipeline | จำนวน 1 ชุด |
| 5.8 สายนำก๊าซไนตรัสออกไซด์พร้อมหัวต่อ pipeline. | จำนวน 1 ชุด |
| 5.9 สายนำอากาศพร้อมหัวต่อ pipeline | จำนวน 1 ชุด |
| 5.10 ท่อก๊าซออกซิเจน และไนตรัสออกไซด์
ขนาด "E" (ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ) | จำนวน 1 ท่อ |
| 5.11 Flow Sensor | จำนวน 2 อัน |
| 5.12 Elbow with sampling port | จำนวน 5 อัน |
| 5.13 Sampling Line | จำนวน 5 เส้น |
| 5.14 Water trap | จำนวน 5 อัน |
| 5.15 ชุดกำจัดก๊าซเสีย (Scavenging System) | จำนวน 1 ชุด |

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเครื่องเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป ในระยะประกัน หากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหากมีการแก้ไข 2 ครั้ง ยังใช้การไม่ได้ติดตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยจะต้องมีอะไหล่พร้อมบริการไม่น้อยกว่า 5 ปี ในระยะเวลาระยะรับประกันผู้ขายจะต้องส่งช่างมาตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ต่อน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.2 ผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อรุ่น ยี่ห้อ และผลิตภัณฑ์ประเทศที่เสนอและทำเครื่องหมายในแคตตาล็อกหรือหลักฐานที่นำเสนอที่เชื่อถือได้จากบริษัทผู้ผลิต ตามหัวข้อคุณลักษณะเฉพาะที่ทางราชการกำหนดหากผู้เสนอราคายกไม่ได้ทำเครื่องหมายตามที่ทางราชการกำหนด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณา
- 5.3 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ ประเทศไทยต้องมีหนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์
- 5.4 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
- 5.5 ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่า
 ลงชื่อ.....ผู้ขาย
 ลงชื่อ.....ประธาน
 ลงชื่อ.....กรรมการ



คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ



"Excellence for Life"



หนังสือค้ำประกันเลขที่ 02116251000009

วันที่ 13 มกราคม 2568

ข้าพเจ้า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย นายพงศ์ธร นิก กิตติธรร 5654 และ นายวัชรพงษ์ ไชยวุฒิ 5756 ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทำสัญญาซื้อขาย เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน ยี่ห้อ GE Healthcare รุ่น Carestation 750 ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 เครื่อง

กับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขที่ _____ ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ เป็นจำนวนเงิน -84,900.00- บาท (-แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ _____ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ จำนวนไม่เกิน -84,900.00- บาท (-แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2570

และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ค้ำประกัน
(นายพงศ์ธร นิก กิตติธรร 5654) (นายวัชรพงษ์ ไชยวุฒิ 5756)
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ _____ พยาน ลงชื่อ _____ พยาน
(นายวุฒิชัย อางบัณฑิต) (นางสาวสุภัทรา จันทโรทาน)



ลงชื่อ _____ ผู้ซื้อ
ลงชื่อ _____ ผู้ขาย
ลงชื่อ _____ พยาน
ลงชื่อ _____ พยาน



ALGPB